

1. Disciplinare di Gara punto 2.4 (Busta B) Si chiede di specificare dove reperire l'allegato C BIS da inserire nel CD di cui al punto 11  
RISPOSTA: VIENE PUBBLICATO
  
2. Si chiede di specificare che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) potrà essere resa cumulativamente dal rappresentante legale del concorrente per sé e per gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza - con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione - utilizzando il modello 1/bis cumulativo da Voi pubblicato;  
RISPOSTA: IL MODELLO 1 BIS HA LA FINALITÀ DA VOI RAPPRESENTATA
  
3. Si chiede di specificare che i modelli "5 - Autodichiarazione requisiti di capacità ec. finanz. e tecnica" e "MOD\_dichiarazione Idoneità tecnico professionale ALLEGATO XVII AL D.LGS N. 81-2008" da Voi pubblicati non dovranno essere resi dai partecipanti in sede di gara in quanto il bando ai punti 111.2.2 e 2.3 non prevede requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.  
RISPOSTA: IL MODELLO 5 È STATO ELIMINATO, NON ESSENDO STATI PREVISTI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA; AL CONTRARIO, DOVRÀ ESSERE COMPILATO IL MOD\_dichiarazione Idoneità tecnico professionale ALLEGATO XVII AL D.LGS N. 81-2008, CHE VIENE PUBBLICATO
  
4. LOTTO 22 – KIT MONOUSO PER CORONAROGRAFIA
  - VOCE N. 8-9 Cuffie copristrumento; si prega di voler specificare il diametro per entrambe le cuffie.  
**Risposta: sono chiaramente indicate le misure delle cuffie . Naturalmente dotate di elastico nella misura inferiore.**
  - Voce n. 13: i teli paziente con fori inguinali dx e sx e due fori radiali dx e sx devono essere provvisti di film da incisione oppure adesivo?  
**Risposta: Per i teli pz si richiedono gli adesivi.**